PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Brochura do produto

31.10.2026

KERN ORA 1AB

Medição do índice de refração para laboratórios e indústria

PORTUGUÊS

CONTACTO

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

PORTUGUÊS

CARACTERÍSTICAS

- Os modelos da série KERN ORA-AL são refractómeros manuais universais, analógicos, isentos de manutenção
- O modo de construção prático e robusto permite uma utilização simples, eficiente e duradoura no dia-a-dia
- Estas escalas são desenvolvidas especialmente, calculadas e testadas com exatidão. Também sie distinguem por meio de linhas muito finas e claras
- O sistema ótico e a cobertura em prisma são executados de materiais especiais que possibilitam medir com muito pequenas margens de tolerância
- NOVO: Com número de série gravado
- Todos os modelos se encontram equipados com um ocular com escala e uma possibilidade de ajuste simples e sem atrito para diferentes forças de vista
- Contido no volume de fornecimento:
  - Caixa para guardar
  - solução para calibração
  - pipeta
  - chave de fendas
  - pano para limpeza
- Outros acessórios podem obter-se opcionalmente
- Este modelo é especialmente apropriado para determinar o teor de álcool (Percentagem em volume) de bebidas espirituosas de cor clara

PRINCIPAIS ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Produção de álcool
- Fabricantes de cerveja

DADOS TÉCNICOS

- Moldagem sob pressão de uma liga de cobre-alumínio, cromada
- Medição de temperatura 10 °C
- Medidas a caixa L×P×A 205×75×55 mm
- Dimensões L×P×A 198×40×40 mm
- Peso líquido aprox. 0,30 kg

PICTOGRAMAS

De série | Opção

ACESSÓRIOS

Modelo	Descrição
OCS-A1101	Líquido para limpeza OCS-A1101
ORA-A1010	Líquido de calibração ORA-A1010 (água destilada, 3 ml, 5 Unidade)
ORA-A1101	Aba prismática ORA-A1101
ORA-A2103	Revestimento em pele ORA-A2103

Visão geral dos pictogramas da KERN

Entrega de encomendas por serviço de correio expresso: o prazo de disponibilização interna do produto é de um dia

Calibração de fábrica para refratómetros: O padrão do índice de refração é rastreável a SRM do NIST e PTB